



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Záujemcom vo verejnom obstarávaní

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
1.4-11399-2021

Vybavuje / linka
Krajčíková/0465179601

Prievidza
20.10.2021

Vec

Nákup osobných ochranných pomôcok a čistiacich a hygienických potrieb - stanovisko k žiadosti o vysvetlenie podkladov

K doručenej žiadosti o vysvetlenie podkladov od jedného zo záujemcov uvádzame nasledovné:

1. **Ochranné antibakteriálne rúško s filtračnou účinnosťou FFP2 na opakované použitie** - podľa akej normy to má byť...Ide o rúško alebo o respirátor? Nevieme čo je presne myslené pojmom „antibakteriálne rúško s FFP2“

Jedná sa o antibakteriálne rúško na opakované použitie s filtračnou účinnosťou FFP2 (nie respirátor). Vzhľadom na špecifikáciu tejto položky je celá zákazka rozdelená na dve časti a je možné oceniť aj len jednu časť.

2. **Zdravotnícky overal, norma pre ochranný odev Typ 6 (EN13031) veľkosť XXL** – EN 13031-1 zrušená, Slovenský názov: Skleníky. Navrhovanie a konštrukcia. Časť 1: Skleníky na rastlinnú veľkovýrobu.

Nemala by tam byť norma 13034? alebo staci nam udany Typ6, normu ktora je uvedena budeme ignorovat?

Správne číslo normy je EN13034- chyba pri prepisovaní .

3. **Antibakteriálne vlhčené utierky na údržbu povrchov bal/60ks** – je možné balenie aj v inom počte ako 60 ks v balení?

Je možné aj v inom počte, skôr menšie a potom navýšiť primerane počet balení, aby bolo zachované celkové množstvo. Väčšie balenie nepreferujeme.

Iveta Krajčíková, referent pre verejné obstarávanie